DZP/BZU/242/2026 Zawiercie, dnia 11.09.2026r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania: Zakup wag medycznych dla osób niepełnosprawnych, ze wzrostomierzem i z analizatorem masy ciała odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytanie 1 – wszystkie wagi
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wagi posiadały certyfikację zgodności z wymaganiami OIML R76, potwierdzającą spełnienie międzynarodowych wymagań metrologicznych dla wag nieautomatycznych? W przypadku wag przeznaczonych do ważenia pacjentów szczególne znaczenie ma zapewnienie odpowiedniej dokładności, powtarzalności i wiarygodności pomiarów. Certyfikacja zgodności z OIML R76 stanowi obiektywne potwierdzenie spełnienia wymagań metrologicznych właściwych dla tego rodzaju urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2 – wszystkie wagi
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane wagi były wyrobami medycznymi zgodnymi z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR), posiadały oznakowanie CE oraz aktualną deklarację zgodności UE? Wagi przeznaczone do ważenia pacjentów w celach medycznych powinny spełniać wymagania właściwe dla wyrobów medycznych. Jest to szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, wiarygodność wykonywanych pomiarów oraz możliwość zgodnego z przeznaczeniem stosowania urządzeń w placówce medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p.6
Czy Zamawiający dopuści wzrostomierz o zakresie pomiarowym 60–210 cm? Oferowany zakres jest wystarczający do standardowych zastosowań medycznych i umożliwia prawidłowy pomiar wzrostu w szerokim zakresie użytkowników.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p.7
Czy Zamawiający dopuści wzrostomierz bez podziałki umieszczonej z boku, wyposażony w dużą i wyraźną skalę odczytywaną z przodu?
Oferowane rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą widoczność skali oraz wygodny

i czytelny odczyt wyniku pomiaru. Brak podziałki z boku nie wpływa na funkcjonalność ani dokładność wzrostomierza.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 5 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p. 8
Czy Zamawiający dopuści wagę o wymiarach 360 mm (szerokość) × 480 mm (głębokość) × 970 mm (wysokość)?
Oferowane wymiary różnią się od wymaganych jedynie nieznacznie i nie mają wpływu na funkcjonalność, ergonomię użytkowania ani prawidłowe wykonywanie pomiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p. 9
Czy Zamawiający dopuści wagę z platformą o wymiarach 360 mm (szerokość) × 310 mm (głębokość) × 70 mm (wysokość)?
Oferowane wymiary różnią się od wymaganych jedynie w niewielkim zakresie i nie wpływają na komfort użytkowania, stabilność ani prawidłowość wykonywanych pomiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 7 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p.15
Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w funkcję TARE, umożliwiającą realizację pomiaru „matka–dziecko" poprzez wyzerowanie masy opiekuna, a następnie pomiar opiekuna trzymającego dziecko?
Funkcja TARE pozwala uzyskać ten sam efekt użytkowy, tj. wyświetlenie masy samego dziecka bez uwzględniania masy osoby dorosłej. Różnica dotyczy jedynie sposobu realizacji tej funkcji przez oprogramowanie urządzenia i nie wpływa na wynik ani przydatność kliniczną pomiaru.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 8 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p.16
Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w programowo sterowaną funkcję tłumienia wskazania oraz funkcję HOLD, które wspólnie zapewniają stabilizację wyniku pomiaru również w przypadku poruszającego się pacjenta?
Zastosowane rozwiązanie ogranicza wpływ ruchów pacjenta na wynik pomiaru, automatycznie stabilizuje wskazanie i umożliwia uzyskanie wiarygodnej wartości masy bez konieczności wykonywania kolejnych pomiarów.
Rozwiązanie to usprawnia pracę personelu, skraca czas badania oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta, zapewniając efekt kliniczny odpowiadający wymaganej funkcji amortyzacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 9 – waga medyczna ze wzrostomierzem l.p.21
Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w 5 regulowanych punktów podparcia zamiast 4?

Oferowane rozwiązanie zapewnia bardzo dobrą stabilność urządzenia oraz możliwość dokładnego wypoziomowania wagi na podłożu. Dodatkowy punkt podparcia zwiększa stabilność konstrukcji podczas użytkowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 10 – waga dla osób niepełnosprawnych l.p.16
Czy Zamawiający dopuści wagę wyposażoną w funkcję HOLD, bez automatycznej funkcji AUTO HOLD?
Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wyniku pomiaru w wybranym przez użytkownika momencie, dzięki czemu personel zachowuje pełną kontrolę nad jej uruchomieniem i stosuje ją tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Brak automatycznego uruchamiania funkcji nie wpływa na dokładność pomiaru ani podstawową funkcjonalność wagi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 11 – waga dla osób niepełnosprawnych l.p.21
Czy Zamawiający dopuści stadiometr o zakresie pomiarowym do 205 cm?
Oferowany zakres jest wystarczający do standardowych pomiarów wzrostu pacjentów dorosłych i obejmuje zdecydowaną większość użytkowników. Niewielka różnica względem wymaganego zakresu nie wpływa na funkcjonalność ani przydatność urządzenia w codziennej praktyce medycznej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 12 – waga dla osób niepełnosprawnych l.p.11
Czy Zamawiający dopuści wagę z platformą o wymiarach 900 mm (szerokość) × 740 mm (głębokość) oraz wysokości 36 mm?
Oferowana platforma posiada nieznacznie niższy profil, co ułatwia wjazd na wagę i może poprawiać komfort użytkowania, szczególnie w przypadku pacjentów poruszających się na wózkach lub z ograniczoną mobilnością.
Różnica wymiarowa nie wpływa na stabilność, funkcjonalność ani prawidłowość wykonywanych pomiarów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 13 – wszystkie wagi
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania corocznych przeglądów technicznych urządzenia, jeżeli producent nie wymaga ich przeprowadzania?
Producent nie przewiduje obowiązku wykonywania okresowych przeglądów technicznych, co Wykonawca może potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem producenta. Wykonywanie corocznych przeglądów w takiej sytuacji generowałoby dodatkowe koszty, mimo braku takiego zalecenia ze strony producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak należy to potwierdzić dokumentem producenta.

Pytanie 14 – wszystkie wagi

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ponownej legalizacji wagi, jeżeli posiada ona ważną legalizację do grudnia 2028 r.?
Oferowana waga posiada ważną legalizację, dlatego wykonywanie ponownej legalizacji przed upływem jej ważności nie jest konieczne. Dodatkowa legalizacja wiązałaby się z nieuzasadnionymi kosztami, które znacząco podniosłyby wartość oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny tj. 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania legalizacji nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.

Pytanie 15 – wszystkie wagi
Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu, i szkolenia stacjonarnego, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu.
Szkolenie personelu proponujemy w formie szkolenia online które jest tak samo skuteczne, a pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Akceptacja w.w. próśb uczyni ofertę znacznie korzystniejszą ekonomicznie i bardziej przyjazną dla środowiska redukując niepotrzebnie tworzony ślad węglowy powstały z niepotrzebnym przyjazdem pracownika sprzedawcy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi, gdyż w formularzu asortymentowo- cenowym nie ma takiego wymogu.

Opis przedmiotu – waga dla osób niepełnosprawnych (poz. 1)

1. Czy Zamawiający w pkt.10 dopuści szerokość do 1120 mm, pozostałe wymiary zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

Powyższe pytanie wynika ze zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w pkt.21 dopuści stadiometr mobilny o zakresie pomiaru: 20 – 205 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Opis przedmiotu – waga medyczna ze wzrostomierzem (poz. 2)

3. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści wzrostomierz o zakresie pomiarowym 60–210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści wzrostomierz bez podziałki umieszczonej z boku, wyposażony w dużą i wyraźną skalę odczytywaną z przodu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści wagę o wymiarach 360 mm (szerokość) × 480 mm (głębokość) × 970 mm (wysokość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści wagę z platformą o wymiarach 360 mm (szerokość) × 310 mm (głębokość) × 70 mm (wysokość)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści wagę wyposażoną w funkcję TARE, umożliwiającą realizację pomiaru „matka–dziecko" poprzez wyzerowanie masy opiekuna, a następnie pomiar opiekuna trzymającego dziecko?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści wagę wyposażoną w programowo sterowaną funkcję tłumienia wskazania oraz funkcję HOLD, które wspólnie zapewniają stabilizację wyniku pomiaru również w przypadku poruszającego się pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści wagę wyposażoną w 5 regulowanych punktów podparcia zamiast 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania corocznych przeglądów technicznych urządzenia, jeżeli producent nie wymaga ich przeprowadzania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak należy to potwierdzić dokumentem producenta.

11. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ponownej legalizacji wagi, jeżeli posiada ona ważną legalizację do końca listopada 2028 r.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny tj. 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania legalizacji nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.

12. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin wykonania umowy do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Z UP. DYREKTORA SZPITALA
Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU
mgr inż. Ilona Sroga

Dział Zaopatrzenia
INSPEKTOR
Magdalena Cierpisz